



eStroke国家溶栓取栓影像数据采集要求



序列要求	扫描要求	层厚	期数	扫描方向
CTP	1.扫描范围包含大脑中动脉 2.CTP序列需要有准确的Acquisition Time或Content Time 3.扫描间隔<3s 4.扫描覆盖完整的对比剂起始至回落时间点	$\leq 10\text{mm}$	CTP扫描不少于6期	横断面
ADC、PWI、DWI (B0、B1000)	1.扫描范围包含大脑中动脉 2.PWI序列需要有准确的Acquisition Time或Content Time 3.扫描间隔<3s 4.扫描覆盖完整的对比剂起始至回落时间点	$\leq 10\text{mm}$	PWI扫描不少于6期	横断面

PWI+DWI+ADC中DWI序列需包含整合B0+B1000,且是ADC图像数量的倍数,如未整合则匹配B1000,同时PWI+DWI+ADC需在同一检查号下,如PWI为一个检查号,DWI+ADC为另一个检查号,软件不能进行分析,错误示例如图。

